


Rentgenový přístroj Yxlon MU 2000 ZU2253, použitý



Výrobce : Yxlon

Číslo výrobku:
ZU2253

Description

Rentgenový kontrolní systém

Výrobce	YXLON
Typ	MU 2000
Rok	2009
Výkon	160 kV
Pracovní doba trubek	2681.7 h

Zkušební místnost/zkušební úsek

Radioskopická zkušebna (průměr x výška)	600 mm x 900 mm 800 mm x 1 500 mm
Měřicí válec CT (průměr x výška)	cca 170 mm x 150 mm 180 mm x 160 mm
Hmotnost zkušebního kusu	60 kg
Mikroskopické sklíčko (průměr) - otočný stůl	400 mm / 600 mm
Úhel náklonu dráhy paprsku*	± 30° (opt. ± 45°) ± 20°

Detektor

Aktivní oblast	200 mm x 200 mm
Velikost pixelu	200 μm / 400 μm

Rentgenový kontrolní systém

Snímková frekvence (14bitový detektor)

15 snímků/s / 30 snímků/s

Vzdálenost rentgenka - detektor

695 mm - 995 mm

Komentáře

pro kontrolu hliníkových dílů

Dodací lhůta

okamžitě

Cena

na vyžádání

